



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.28.001.A № 49922

Срок действия до 15 февраля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Гири от 1 мг до 20 кг классов точности E₁, E₂, F₁, F₂, M₁

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ЗАО "САРТОГОСМ", г. Санкт-Петербург

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 52768-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ OIML R111-1-2009

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года - для гирь класса точности E₁;
1 год - для гирь классов точности E₂, F₁, F₂, M₁

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 15 февраля 2013 г. № 133

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

"25" 2013 г.

Серия СИ

№ 008734